

Қарағанды облысы Денсаулық сақтау
басқармасы
«Теміртау қаласының
№1 емханасы»
коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны

Управление Здравоохранения
Қарағандинской обл.
Коммунальное государственное
предприятие
«ПОЛИКЛИНИКА №1
г.Темиртау»

101400, Теміртау қаласы, Чайковский көшесі, 26/3
Тел. : (873) 91-26-43, 93-35-77, факс. (87213) 91-38-40
" Қазақстан Халық Банкі "АҚ, ТАФ № 379900
СТТН 301200020173 ЖТК KZ196010371000002987, БТК
HSBKKZKX, БИН 990140001937

101400, город Темиртау, ул. Чайковского, 26/3
Тел. : (873) 91-26-43, 93-35-77 факс (87213) 91-38-40
ИИК: KZ196010371000002987
ТрФ № 379900 АО " Народный Банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX, РНН 301200020173, БИН 990140001937

01-01/12102 - 08.08.2019

Объявление/техническая спецификация

Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника №1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области просит принять участие в проведении государственных закупок способом закупа запросом ценовых предложений на основании Постановления Правительства РК от 30.10.2009г. №1729 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и изделий, фармацевтических услуг» на закуп компрессорного ингалятора в количестве 2 штуки;

№	Наименование товара и техническая спецификация	Ед/изм	К-во
1	Основные характеристики: <ul style="list-style-type: none">• Объем резервуара -13мл;• Материал корпуса-пластик;• Назначение прафилактика-лечение;• Возможность кипячения распылительной камеры-нет;• Мерная шкала-есть;• Скорость распыления-0,2мл/мин.;• Тип электропитания-220V;• Размеры: ширина-106мм/ высота 188мм/глубина 188мм/вес 15кг.	Шт	1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ:

1. Медицинское оборудование должно быть зарегистрировано в Республике Казахстан – наличие регистрационного удостоверения Минздрава РК, заверенной печатью Поставщика.
2. Талон на гарантийный срок 37 месяцев.
3. Акт ввода в эксплуатацию, акт на обучение сотрудников.
4. Медицинская техника, относящихся к измерительным средствам, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, либо поставщик обязан принять на себя обязательства по внесению такой медицинской техники в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов.

Предоставить перечень документов:

- 1) Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений предоставляет **только одно ценовое предложение в запечатанном виде согласно главы 9 п 106** Постановления Правительства РК от 30.10.2009г. №1729;
- 2) Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 9 п.111 Постановления Правительства РК от 30.10.2009г. №1729 заявленных на закуп медицинской техники;

Порядок и условия оплаты: Оплата за поставку производится в соответствии с условиями договора. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять медицинскую технику. Поставка оказываются на месте нахождения Заказчика.

Сумма, выделенная (на закуп медицинской техники), являющимся предметом проводимых гос. закупок способом закупа ценовых предложении, в соответствии предусмотренным пунктом 6 Правил на основании технической спецификации) составляет за **1-единицу 30 000,00** (Тридцать тысяч тенге **00** тьин).

Срок поставки – со дня подписания договора в течении 30 календарных дней 2019 года.

Срок оплаты – в течении 30 календарных дней с момента подписания накладной, акта-вода в эксплуатацию, акта-на обучения сотрудников и выгрузки электронной счет-фактуры.

Место поставки: 101406, Карагандинская область города Темиртау ул. Чайковского 26/3 до места дислокации.

Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3, 4 этаж, каб.402. конт.тел:87213-30-32-88.

Дата, время и место приема с ценовыми предложениями: с 08.08.2019г 09:00 часов по 15.08.2019г. 10:00 часов. Вскрытия конвертов 15.08.2019г. 12:00 часов времени Астаны, г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3, 4 этаж, каб.402.

Директор

Г.Д.Есімсеіт

Исп: Туймаханова Г.Д.
Тел: 8-7213-30-32-88.



м. д. р. Н. 2

И. Д. Есімсеіт

С. С. Орешков

		местах.				
3	Ингалятор AND CNN-231 компрессорный	<p>Объем резервуара 13 мл Материал корпуса пластик Назначение профилактика, лечение Возможность кипячения распылительной камеры нет Мерная шкала есть Скорость распыления 0.2 мл/мин Тип электропитания 220V</p> <p>Ширина 106 мм Высота 188 мм Глубина 188 мм Вес 1,5 кг</p>	штука	2	30000 г	Оснащение санитарного автотранспорта согласно приказа МЗРК №2 от 08.01.2018г
4	Монитор-дефибриллятор	<p>Наличие комбинированного питания – от сети переменного тока, от перезаряжаемого встроенного съемного аккумулятора или от борта автомобиля;</p> <p>Емкий аккумулятор – возможность 3-часового непрерывного мониторинга во время транспортировки;</p> <p>Возможность зарядки 2 аккумуляторов одновременно;</p> <p>Наличие многоэлектродов с возможностью использования для новорожденных;</p> <p>Использование ускоренного набора энергии (200 Дж – не более 6 сек., 360 Дж – не более 10 сек.);</p> <p>Импульс дефибрилляции — бифазный, трапецеидальной формы, несимметричный, с соотношением отрицательной и положительной полуволн по току (0,5±0,1);</p>	штука	2	1230000 г	Оснащение санитарного автотранспорта согласно приказа МЗРК №2 от 08.01.2018г