

Қарағанды облысы Денсаулық сақтау
басқармасы

**«Теміртау қаласының
№1 емханасы»
коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорны**

101400, Теміртау қаласы, Чайковский көшесі, 26/3
Тел.: (873) 98-10-98, факс: (87213) 98-10-98
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ, ТАФ № 379900
СТТН 301200020173 ЖТК KZ196010371000002987, БТК
HSBKKZKX, БИН 990140001937

Управление здравоохранения
Карагандинской обл.

**Коммунальное государственное
предприятие
«ПОЛИКЛИНИКА №1
г.Темиртау»**

101400, город Темиртау, ул. Чайковского, 26/3
Тел.: (873) 98-10-98 факс (87213) 98-10-98
ИИК: KZ196010371000002987
ТрФ № 379900 АО " Народный Банк Казахстана",
БИК HSBKKZKX, РИН 301200020173, БИН 990140001937

01-01/3175 - 09.11.2020

Объявление/техническая спецификация

Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника №1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области просит принять участие в проведении государственных закупок способом закупа запросом ценовых предложений на основании Постановления Правительства РК от 30.10.2009г. №1729 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения» на закуп пульсоксиметра в количестве 6 штук;

Пульсовый оксиметр позволяет измерить не инвазивным способом SpO2 (концентрацию гемоглобина в артериальной крови) и частоту пульса у пациентов в бессознательном состоянии, специализированный неонатальный пульсоксиметрический датчик позволяет делать исследование с 1 месяца жизни.

Эксплуатационные показатели:

SpO2 (Насыщаемость крови кислородом)

- Диапазон: 40 – 100 %

- Точность: 70-100%, ±2%

Частота пульса (частота ударов в минуту)

- Диапазон: 30 – 200 ударов в минуту

- точность: ±2 удара в минуту

Дисплей:

Тип: Жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю 3.2"

Разрешение: 240 x 400

Отображаемые данные: SpO2, частота пульса, пределы для SpO2, пределы для частоты пульса, линия уровня, кривая частоты пульса, время и дата, громкость оповещения, состояние заряда батареи и яркость.

LED дисплей : Разделение датчиков, отключения звука сигнала оповещения, состояние подзарядки и подключение к источнику питания.

Питание:

Потребление энергии: 24В/А (максимум)

Во время подзарядки (питание отключено): 18В/А

Адаптер:

- Мощность на входе: 100-240В, 50-60Гц, 0,4А

- Мощность на выходе: +5В, 2,0А

Батарея

- Тип: Литий-ионная батарея 4400 мАч, 3,7В

- Время подзарядки: 6,5 часов

- Время работы: до 15 часов.

Общие данные

Рабочая температура : от 5°С до 40°С;

Не рабочая температура: от -20°С до 70°С

Влажность: 5% - 95%

Рабочая высота: от -1.000 фт до 12.000 фт

Вес: 300г

Размер: 45(В) x 210(Ш) x 75(Г) мм

Память: SpO2, частота пульса (до 10 сек в течение 30 дней)

Стандартная комплектация:

№	Наименование	Кол-во
1.	Основной блок	1 шт
2.	Пульсоксиметрический датчик SpO2	1шт
3.	Адаптер сетевого питания	1 шт
4.	Руководство по эксплуатации	1 шт
5.	Шнур питания	1шт
	Дополнительная комплектация:	
6.	Сенсорный датчик SpO2 многократного использования неонатальный	1 шт.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ:

1. Медицинское оборудование должно быть зарегистрировано в Республике Казахстан – наличие регистрационного удостоверения Минздрава РК.

2. Акт на обучение сотрудников.

3. Акт ввода в эксплуатацию.

4. Сервисное обслуживание со сроком на 37 месяцев.

5. Медицинская техника, относящихся к измерительным средствам, должна быть внесена в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, либо поставщик обязан принять на себя обязательства по внесению такой медицинской техники в данный реестр к моменту поставки с представлением подтверждающих документов. Поверочный сертификат выданный не ранее 4 квартала 2020 года.

6. Предоставить сертификат происхождения товара в оригинале на государственном или русском языках, в случае если сертификат происхождения товара представлен на иностранном языке, то в обязательном порядке предоставить перевод заверенный нотариально.

Предоставить перечень документов:

1) Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений предоставляет **только одно ценовое предложение запечатанном виде согласно главы 9 п 106** Постановления Правительства РК от 30.10.2009г. №1729;

2) Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным главой 9 п.111 Постановления Правительства РК от 30.10.2009г. №1729 заявленных на закуп медицинской техники;

Порядок и условия оплаты: Оплата за поставку производится в соответствии с условиями договора. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять медицинскую технику. Поставка оказываются на месте нахождения Заказчика.

Сумма, выделенная (на закуп пульсоксиметра), являющимся предметом проводимых гос. закупок способом закупа ценовых предложений, технической спецификации) составляет за **1-единицу 518 080,00** (Пятьсот восемнадцать тысяч восемьдесят тенге **00** тиын).

Срок поставки – до 10 декабря 2020 года.

Срок оплаты – после подписания накладной, акта-вода в эксплуатацию, акта-на обучения сотрудников и выгрузки электронной счет-фактуры.

Место поставки: 101406, Карагандинская область города Темиртау ул. Чайковского 26/3.

Место предоставления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3, 4 этаж, каб.433. конт.тел:87213-30-32-88.

Дата, время и место приема с ценовыми предложениями: с 09.11.2020г 09:00 часов по 16.11.2020г. 12:00 часов. Вскрытия конвертов 16.11.2020г. 14:00 часов времени Астаны, г.Темиртау, ул.Чайковского 26/3, 4 этаж, каб.433.

Директор

Г.Д.Есімсеит

Исп: Туймаханова Г.Д.
Тел: 8-7213-30-32-88

